

# 検査成績書

整理No. W140612-0505

平成 26年 06月 19日

20721

計量証明事業登録福岡県濃度第39号  
 建築物飲料水水質検査業登録  
 福岡県水第46号

株式会社シー・アール・シー食品環境衛生研究  
 〒813-0062福岡市東区松島3丁目29番18号  
 TEL 092(623)2211  
 FAX 092(623)2212

ご依頼されました試料の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	平成 26年 06月 12日	採取者	
採取年月日	平成 26年 06月 10日	採取時刻	
天候		温度	気温           ℃    水温           ℃
試料名	富士(山中湖)(原水)122		
検査項目	結果	単位	測定方法
放射性ヨウ素(ヨウ素 131)	不検出 (0.7未満)	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器法
放射性セシウム(セシウム 134)	不検出 (0.6未満)	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器法
放射性セシウム(セシウム 137)	不検出 (0.6未満)	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器法
	- 以下余白 -		
備考	緊急時における食品の放射能測定マニュアル (平成14年3月 厚生労働省 医薬品局食品保健部監視安全課) 第2章 2 ゲルマニウム半導体検出器 を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 ・測定結果は試料採取日の濃度に補正した値です。 ・検出下限値は、測定器が検出可能な最小濃度です。		